

**Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet közleménye  
orvostechnikai eszközök időszakos felülvizsgálatát végző szervezetek feljogosításáról**

2018. EÜK. 4. szám közlemény 1

(hatályos: 2018.03.05 - )

Az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 7.) EüM rendelet 27. § (3) bekezdése alapján az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet határozataival – módosítást követően – az alábbi szervezetet a felsorolt eszközcsoport tekintetében az időszakos felülvizsgálatok elvégzésére feljogosította:

**Diaverum Kereskedelmi Kft. (Diaverum Kft.)**

Cég székhelye: 1124 Budapest, Fürj u. 2. C. ép. 1. em.

E-mail: hungary@diaverum.com

Telefon: (06-1) 550-0237

Telefax: (06-1) 700-2800

<b>Az eszközcsoport megnevezése</b>	<b>Határozatának</b>	
	<b>száma</b>	<b>érvényességi ideje</b>
06. Dializáló berendezés <i>Megjegyzés: a feljogosítás kizárólag a Gambro (Baxter-Gambro) AK200 (Ultra)S, AK95(S), AK96, AK98, valamint a Nipro Surdial X típusokra érvényes</i>	OGYÉI/73585-6/2017/06. eszk.	2023. január

\*\*\*

Az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 7.) EüM rendelet 27. § (3) bekezdése alapján az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet határozataival – módosítást követően – az alábbi szervezetet a felsorolt eszközcsoport tekintetében az időszakos felülvizsgálatok elvégzésére feljogosította:

**Diaverum Hungary Egészségügyi és Szolgáltató Kft. (Diaverum Hungary Kft.)**

Cég székhelye: 1124 Budapest, Fürj u. 2. C. ép. 1. emelet.

E-mail: hungary@diaverum.com

Telefon: (06-1) 550-0237

Telefax: (06-1) 700-2800

<b>Az eszközcsoport megnevezése</b>	<b>Határozatának</b>
-------------------------------------	----------------------

	<b>száma</b>	<b>érvényességi ideje</b>
06. Dializáló berendezés <i>Megjegyzés:</i> a feljogosítás kizárólag a Gambro (Baxter-Gambro) AK200 (Ultra)S, AK95(S), AK96, AK98, valamint a Nipro Surdial X típusokra érvényes	OGYÉI/73585-6/2017/06. eszk.	2023. január